

Klokken
time

Dose-rate
μSv pr. h

Security-scan RVN d. 18/2-2023
(radioaktiviteten målet med Gamma-Scout Alert geigertæller)
(tiden er dansk normaltid)

6,64	0,09
6,65	0,13
6,67	0,10
6,69	0,09
6,70	0,09
6,72	0,13
6,74	0,07
6,75	0,05
6,77	104,46
6,79	0,16
6,80	0,11
6,82	0,09
6,84	0,15
6,85	0,12
6,87	0,14
6,89	0,14



Geigertælleren lå i kabinekuufferten.

Grafen viser strålingen ved security-scan af geigertælleren.

Foregik omkring kl. 06.47

Radioaktiviteten er målt med 1 minuts interval.